



SINPE

Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo
Membro della Federazione delle Società Italiane di Nutrizione (FeSIN)



PROCEDURA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SOMMINISTRAZIONE ACCIDENTALE ENDOVENA DI DIETE ARTIFICIALI, LATTE MATERNO, FARMACI O ALTRI LIQUIDI DESTINATI ALLA VIA ENTERALE

Al fine di evitare l'introduzione accidentale nel sistema venoso, tutti i prodotti da somministrare attraverso sonde enterali sia in bolo, sia tramite pompa peristaltica, devono:

- Essere elencati nel foglio di prescrizione della terapia in maniera distinta da quelli destinati alla via venosa.
- Essere somministrati possibilmente con sistemi incompatibili con l'attacco femmina di un catetere venoso e, in caso di infusione continua, mediante l'utilizzo di pompe dedicate.
- Qualora i piccoli volumi utilizzati per la somministrazione a bolo di farmaci o altro rendano difficoltoso l'impiego di schizzettoni, e in assenza di siringhe con attacco dedicato alla via enterale, è bene che si seguano le seguenti precauzioni:
 - Il prodotto da infondere deve essere preparato appena prima dell'utilizzo e somministrato dallo stesso operatore.
 - La somministrazione ritardata rispetto alla preparazione deve avvenire solo per necessità di frazionamento della dose o altra ragionevole esigenza clinica.
 - Tutti i casi di preparazioni anticipate per esigenze organizzative devono essere proscritti.
 - Tutte le volte che per esigenze di frazionamento o altri giustificati motivi la preparazione avvenga in anticipo, la siringa deve essere etichettata e sull'etichetta deve essere indicato il paziente, il contenuto e la via, possibilmente con scritte a colori differenti per via endovenosa ed enterale.
 - Prima della somministrazione l'operatore deve verificare la corrispondenza fra etichetta e prescrizione.
 - Siringhe senza etichetta o prive delle indicazioni richieste non devono essere utilizzate.
- In caso di interruzione di un'infusione enterale per necessità procedurali (trasporto fuori dal reparto per esami o atti operativi), prima di ricollegare si deve verificare la corrispondenza con la prescrizione.